SEDE LEGALE E OPERATIVA
Via San Domenico Savio, 34
31038 Castagnole di Paese (TV)
Tel. 0422 2933
Fax 0422 430068
email@pec.icasystem.it
info@icasystem.it
www.icasystem.it

"Le presenti copie sono conformi alle originali"

L'amministratore
Luigino Durante

SEDE LEGALE E OPERATIVA
Via San Domenico Savio, 34
31038 Castagnole di Paese (TV)
Tel. 0422 2933
Fax 0422 430068
email@pec.icasystem.it
info@icasystem.it
www.icasystem.it

Spett.le
Utente

Oggetto: Dichiarazione di eliminazione VIRUS SARS CoV-2 (COVID -19) con dispositivo ISANITY.

Ica System produttore di ISANITY, dispositivo di sanificazione dell'aria e delle superfici in ambienti pubblici da virus e inquinanti, dichiara quanto segue:
ISANITY è stato testato dal Dipartimento Di Medicina Molecolare dell'Università Degli Studi di Padova.
Ha riscontrato efficacia sul VIRUS SARS CoV-2 (COVID -19) presente nelle superfici, maniglie, scrivanie, telefoni, tastiere, interruttori , sedie, punti di contatto comuni e di conseguenza dall'aria in ambienti e strutture potenzialmente contaminate.

Tempistiche	**t0**	**30 min**	**1 h**	**1 h e 30 min**
Valore virus	300.000	4.700	2.300	1.100
% Ridotta	0	98,43	99,23	99,63

Sotto riportato il logo e i riferimenti dell'istituto che ha provveduto alla verifica di rito.

DMM Dipartimento di Medicina Molecolare
1222·2022 800 ANNI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Via A. Gabelli 63 - 35121 Padova
C.F. 80006480281 - P.IVA 00742430283

Si rilascia il presente per gli usi consentiti dalla legge.

DMM Dipartimento di Medicina Molecolare

1222·2022 800 ANNI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Via A. Gabelli 63 - 35121 Padova
C.F. 80006480281 - P.IVA 00742430283

Società ICA SYSTEM SRL
Via San Domenico Savio, 34, Castagnole di Paese, C.A.P. 31038
Legale Rappresentante Dott. Luigino Durante

Padova, 18 Gennaio 2021

Gentilissimi,

come da accordi intercorsi tra il nostro laboratorio e la vostra Azienda, si invia la relazione finale relativa agli studi volti a valutare l'efficacia del dispositivo ISANITY, modello 300 ST ICA20.T00232 da voi consegnatoci, come antivirale nei confronti di SARS-CoV-2.

Cordialmente,

Prof.ssa Maria Cristina Parolin

Pag 1/5

Sede di *Microbiologia e Virologia*
Via A. Gabelli 63 - 35121 Padova, Italy · Tel. 049 8272368-2369-2347 - Fax 049 8272355

Via A. Gabelli 63 - 35121 Padova
C.F. 80006480281 - P.IVA 00742430283

In conclusione, al netto di un naturale decadimento del titolo virale al di fuori dell'ambiente intracellulare, concludiamo che l'esposizione al dispositivo ISANITY in oggetto ha un impatto sull'infettività di SARS-CoV2.

Padova, 18 Gennaio 2021

Firma

Prof.ssa Maria Cristina Parolin

MY S/S